

Olemme integroineet tähän laitteeseen radio-vastaanottimen langattomaan tiedonsiirtoon laitteen ja turvapuhelimen välillä. Jotta laite voi lähettää hälytyksen turvapuhelimen kautta, niistä on muodostettava laitepari.

Radiovastaanottimen ja turvapuhelimen yhdistäminen laitepariksi

- Lääkeannostelijassa:** paina pitkään kaikkia kolmea painiketta, kunnes näytölle tulee teksti **TEST**, ja käynnistä sitten täysi hälytys-sarja painamalla painiketta 3.
- Pidä **turvapuhelimen vihreää painiketta** painettuna neljän sekunnin ajan, kunnes äänimerkki kertoo yhdistämistilan käynnistyneen. Vapauta painike.
- Vahvista uusi laite painamalla **turvapuhelimesta Hälytys-painiketta**. Uusi vahvistusäänimerkki kuuluu.

- Lääkeannostelijassa:** poistu **TEST**-tilasta painamalla pitkään painiketta 1.
- Katso turvapuhelimen käyttöohjeesta lisätietoja turvapuhelimen yhdistämisestä laitepariksi radiovastaanottimen kanssa.

Hälytyksen testaaminen pariyhteyden muodostuksen jälkeen

Lääkeannostelijassa: paina pitkään kaikkia kolmea painiketta, kunnes näytölle tulee teksti **TEST**, ja käynnistä sitten täysi hälytys-sarja painamalla painiketta 3. Poistu **TEST**-tilasta painamalla pitkään painiketta 1. Tarkista, että hälytyskeskus on vastaanottanut hälytyksen.

Näin se toimii

- Kun hälytys laukeaa laitteessa, radiovastaanotin lähettää hälytyksen turvapuhelimeen.
- Turvapuhelin välittää hälytyksen hälytyskeskukseen tai toiseen vastaanottimeen.

Akun varauksen hälytys

Laite hälyttää automaattisesti akun varauksen ollessa vähissä. Vaihda akku mahdollisimman pian, kun akun varauksen vähäisyydestä on ilmoitettu.

Ce dispositif se compose d'un émetteur-récepteur radio intégré dédié à la communication sans fil entre le dispositif et l'appareil de téléassistance. Afin que le dispositif puisse envoyer des alarmes par l'intermédiaire de l'appareil de téléassistance, il convient de les appairer.

Procédure d'appariement de l'émetteur-récepteur radio et de l'appareil de téléassistance

- Sur le pilulier**, appuyez sur les trois boutons simultanément en les maintenant enfoncés jusqu'à ce que **TEST** apparaisse à l'écran, puis appuyez sur le bouton 3 pour démarrer la séquence complète d'alertes.
- Sur l'appareil de téléassistance**, appuyez sur le **bouton vert** et maintenez-le enfoncé pendant quatre secondes jusqu'à émission d'un bip sonore caractéristique du démarrage du mode d'appariement. Relâchez le bouton.
- Sur l'appareil de téléassistance**, appuyez sur le **bouton d'alarme** pour attribuer le nouveau dispositif. Un nouveau bip sonore de confirmation retentit alors.
- Sur le pilulier**, appuyez sur le bouton 1 en le maintenant enfoncé pour quitter le mode **TEST**. Pour obtenir de plus amples informations sur l'appariement de l'appareil de téléassistance avec l'émetteur-récepteur radio, reportez-vous au manuel de l'appareil de téléassistance.

Procédure de test de l'alarme après appariement

Sur le pilulier, appuyez sur les trois boutons simultanément en les maintenant enfoncés jusqu'à ce que **TEST** apparaisse à l'écran, puis appuyez sur le bouton 3 pour démarrer la séquence complète d'alertes. Appuyez sur le bouton 1 en le maintenant enfoncé pour quitter le mode **TEST**. Vérifiez la réception de l'alarme au centre de réception des alertes.

Fonctionnement

- En cas de déclenchement d'une alarme sur le dispositif, l'émetteur-récepteur radio envoie une alarme à l'appareil de téléassistance.
- L'appareil de téléassistance transmet cette alarme au centre de réception des alertes ou à tout autre récepteur adéquat.

Avertissement de batterie faible

Le dispositif déclenche automatiquement une alarme en cas de batterie faible. Il convient alors de remplacer la batterie dans les plus brefs délais dès réception de cet avertissement.

